


令和5年 定期培養検査の実施

令和5年定期培養検査の実施



日本消化器内視鏡学会のプロトコルを基に、日本消化器内視鏡技師会内視鏡安全管理委員会に監修して頂いた富士フィルム社製内視鏡に対応した定期培養検査プロトコルに従い、清潔操作下に生理食塩水を用いて、外表面、吸引チャンネル、送気チャンネル、送水チャンネル、吸引ボタン、送気送水ボタンそれぞれについて剥離液を作成し、培養検査を行いました。当院で使用しています全ての上部内視鏡、下部内視鏡いずれのファイバーにおきましても培養検査はすべて陰性と判定されました。